



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ.Συμεωνίδη2 Τ.Κ546 39

Θεσσαλονίκη, 6-10-2021
Α/Α 1151

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ.ΝΤΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898398
FAX : 2310 845514

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του Ενδοσκοπικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπς μίας χρήσης. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγόνων 17χιλ, μήκους 7,5χιλ, να περιστρέφονται (1:1) από τον χρήστη ή τον βοηθό του με ειδικό στροφέιο πλησίον της λαβής χειρισμού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μήκους 235εκ, να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8χιλ. Να διαθέτουν λαβή με χαρακτηριστικό ήχο επιβεβαίωσης κατά την απελευθέρωση. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο, να έχουν ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυπεκτομή, ενδοσκοπικού μαρκαρίσματος, διατρήματος <2εκ και καθήλωση καθετήρων σίτισης. Να διαθέτουν βιβλιογραφική τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας τουλάχιστον 5ετών. Τεμ30

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά, φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο **e-mail: g.ntoubakis@theagenio.gov.gr**, έως 7-10-2021

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ενδοσκοπήσεων στο τηλ.2310 – 898414, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021

Ο συντάκτης

Ο Διοικητικός Διευθυντής

Γ. Ντουμπάκης

Φρύδας Ιωάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. BOSTON	tenders_greece@bsci.com
2. ORAMA	infodesk@oramamed.gr
3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	info@hospital-line.gr
4. VIVAMED	info@vivamed.gr
5. Y-LOGIMED	info@y-logimed.gr