

1100 0202

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ (ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)  
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 14G x 55mm

- 1) Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για βτερική παρακέντηση και για αναρρόφηση του μυελού των οστών από την ιερολαγόνια άκκαδα.
- 2) Το άκρο της βελόνας να έχει τριγώνιο αιχμηρό tip που επιτρέπει την γρήγορη, εύκολη και atraumaticκή διείσδυση στην κοιλότητα του μυελού των οστών.
- ~~3) Το ειδικό στόμ να επιτρέπει τον έλεγχο του βάθους της διείσδυσης της βελόνας.~~
- 4) Το άνω άκρο με "connector" c. Luer Lock να επιτρέπει την σύνδεση με όλες τις σύριγγες.
- 5) Να είναι ρυθμιζόμενου μήκους, με δυνατότητα να μειωθεί το μήκος της βελόνας από 1mm έως 20mm από το αναγραφόμενο μήκος.
- 6) Να διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη βάση ρυθμιζή μήκους.
- 7) Να φέρει ειδική ηλαστική λαβή που εφαρμόζεται στην κεφαλή της βελόνας δινοντάς της σχήμα σταυρού για εργονομική χρήση (προαιρετική χρήση).
- 8) Να μην είναι ευλύγιστες ή εύθραυστες.
- 9) Να είναι από υλικό μη πυρετογόνο και μη τοξικό.
- 10) Να διαθέτει πιστοποιητικά CE και ISO.
- 11) Να διατίθεται και σε άλλα μεγέθη.