

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Το Α.Ν.Θ. ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

A. Δέκα (10) φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου υδραυλικού όγκου 50lt και πίεσης 200Bar με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

- Να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και τα προβλεπόμενα από την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/9-6-88)
- Να είναι κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα ή κράμα αλουμινίου, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση.
- Έχουν πίεση λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της φιάλης, ανάλογα με το είδος αερίου που περιέχουν
- Έτος κατασκευής το 2021
- Φέρουν ειδικά ασφαλή κλείστρα και σημάνσεις (χρωματικές και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με τη τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1089 και την Υ.Α. 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 12502/206/89 (ΦΕΚ 466/Β/13-6-89), δηλαδή

Χρωματισμός Φιαλών:

Οξυγόνο: Λευκός λαιμός και σώμα

Χαρακτηριστικά κλείστρων:

Οξυγόνο: θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814mm

B. Ενός (1) καροτσιού μεταφοράς μονής φιάλης οξυγόνου (50lt/200Bar) με ρόδες D300 και αλυσίδα στήριξης. Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν:

- να καταθέσουν τεχνικά φυλλάδια των φιαλών που θα προσφέρουν
- υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι οι προσφερόμενες φιάλες είναι συμβατές για πλήρωση από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αναγόμωση φιαλών ιατρικών αερίων στη Θεσσαλονίκη (Air Liquide, Linde, κτλ)
- να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 13485 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (να κατατεθεί)
- Βεβαίωση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 σχετικά με την εμπορία και διανομή και συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (να κατατεθεί)
- Παράδοση φιαλών στο Α.Ν.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ