

Προδιαγραφές Μονάδας Καθαρισμού και Απολύμανσης

Η μονάδα καθαρισμού:

- να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα ISO για τις ιατρικές συσκευές
- να είναι επιτραπέζια και κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ανθεκτικό ατσάλι.
- οι διαστάσεις της μονάδας να μη ξεπερνούν τα 60x60x60(π x υ x β)
- να έχει ενσωματωμένο χώρο απορρυπαντικού
- να έχει τη δυνατότητα κανονικής πλύσης και στεγνώματος, καθώς και τη δυνατότητα πλυσίματος με απολύμανση και στεγνώματος
- να έχει τις απαραίτητες συνδέσεις νερού και αποχέτευσης (ζεστό-κρύο νερό, δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας, πίεση νερού, κτλ.)
- δυνατότητα σύντομων πλύσεων
- διαθέσιμα καλάθια-σχάρες με καπάκι διάτρητο για εξοπλισμό μικρότερου του 1cm(0,3-0,5mm)

Κλίβανος:

- να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα ISO για τις ιατρικές συσκευές
- οι διαστάσεις του κλιβάνου να μη ξεπερνούν τα 50x25x50(π x υ x β)
- να έχει τη δυνατότητα σύντομου προγράμματος 3-5´
- ο κλιβανισμός να γίνεται στους 134° C και στα 2 bar

