

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Το Α.Ν.Θ. ενδιαφέρεται για την προμήθεια πέντε (5) φιαλών διοξειδίου του άνθρακα υδραυλικού όγκου 8lt – 6Kg και πίεσης υδραυλικής δοκιμής 250Bar με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

- Να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και τα προβλεπόμενα από την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/9-6-88)
- Να είναι κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση.
- Το συνολικό ύψος (με την χειρολαβή μεταφοράς) δεν θα ξεπερνάει τα 80cm και η διάμετρος τα 14cm
- Έχουν πίεση λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της φιάλης, ανάλογα με το είδος αερίου που περιέχουν
- Η φιάλη θα είναι καινούργια και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό Ε.Λ.Ο.Τ του τελευταίου δωδεκαμήνου. Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).
- Φέρουν ειδικά ασφαλή κλείστρα και σημάνσεις (χρωματικές και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με τη τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1089 και την Υ.Α. 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 12502/206/89 (ΦΕΚ 466/Β/13-6-89), δηλαδή

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν:

- να καταθέσουν τεχνικά φυλλάδια των φιαλών που θα προσφέρουν
- υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι οι προσφερόμενες φιάλες είναι συμβατές για πλήρωση από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αναγόμωση φιαλών ιατρικών αερίων στη Θεσσαλονίκη (Air Liquide, Linde, κτλ)
- να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 13485 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (να κατατεθεί)
- Βεβαίωση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 σχετικά με την εμπορία και διανομή και συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (να κατατεθεί)
- Παράδοση φιαλών στο Α.Ν.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ