

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Το Α.Ν.Θ. ενδιαφέρεται για την προμήθεια των έξι (6) φιαλών ιατρικού οξυγόνου 5lt/200Bar σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

ΦΙΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ –ΤΥΠΟΥ COMPACT

Φιάλες ιατρικού οξυγόνου από αλουμίνιο με μικρό βάρος, υδραυλικού όγκου 5lt και πίεσης 200Bar (χωρητικότητα: 1m³). Οι φιάλες πρέπει να διαθέτουν:

1. Ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ροόμετρο παροχής οξυγόνου και λήψη λειτουργίας αναπνευστήρα.
2. Ενσωματωμένο κλείστρο πλήρως προστατευμένο για επιπλέον ασφάλεια σε σχέση με τις συμβατικές φιάλες.
3. Ένδειξη της διαθέσιμης υπολειπόμενης πίεσης.
4. Εργονομικό άγκιστρο στήριξης στην κλίνη ή σε τροχήλατο φορείο ή αμαξίδιο μεταφοράς ασθενούς.
5. Ενσωματωμένο κάλυμμα ασφαλείας
6. Αυτοκόλλητη ετικέτα οδηγιών επί της φιάλης, για ασφαλή χρήση και σωστό χειρισμό αυτής
7. Έτος κατασκευής μετά το 2021. Οι φιάλες θα παραδοθούν κενές.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν:

- να καταθέσουν τεχνικά φυλλάδια των φιαλών που θα προσφέρουν
- υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι οι προσφερόμενες φιάλες είναι συμβατές για πλήρωση από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αναγόμωση φιαλών ιατρικών αερίων στη Θεσσαλονίκη (Air Liquide, Linde, κτλ)
- να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 13485 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (να κατατεθεί)
- Βεβαίωση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 σχετικά με την εμπορία και διανομή και συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (να κατατεθεί)