

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΩΝ, ΚΟΛΛΑΡΩΝ & ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

### **Ακτινοπροστατευτικές ποδιές**

1. Οι ποδιές να είναι τύπου «γιλέκο-φούστα», προσφέροντας περιμετρική κάλυψη στον χρήστη. Το πάχος μολύβδου στο μπροστινό μέρος να είναι **0.5mm Pb** από τους ώμους και τον λαιμό μέχρι κάτω, χωρίς να υπάρχουν κενά ή περιοχές με μικρότερη κάλυψη και το πάχος μολύβδου στο πίσω μέρος να είναι **0.25 mm Pb**.
2. Να είναι κατασκευασμένες κατάλληλα από μολυβδούχο υλικό και να παρέχουν μέγιστη ευελιξία και ευλυγισία.
3. Η μάζα τους ανά τεμάχιο να κυμαίνεται από **3-4 Kg** ώστε η συνολική μάζα ανά σετ ( γιλέκο-φούστα) να κυμαίνεται στα **6-7 Kg**.
4. Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και σε διαφορετικά μήκη ώστε να καλύπτουν διαφορετικές σωματομετρικές επιλογές και να ταιριάζουν σε διάφορους σωματότυπους.
5. Να διαθέτουν εξωτερικά καλύμματα από αδιάβροχο , μη απορροφητικό και ανθεκτικό υλικό ώστε να καθαρίζονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο.
6. Κάθε σετ να συνοδεύεται από ειδική ξύλινη κρεμάστρα βαρέως τύπου.
7. Να φέρουν σήμανση **CE** και πληρούν τα διεθνή standards. Το **CE** τους να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ειδικού Ευρωπαϊκού κανονισμού και να συμμορφώνεται με το νέο πρότυπο **BS-EN 61331-1: 2014**.
8. Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος.

### **Ακτινοπροστατευτικά κολλάρα θυρεοειδούς**

1. Τα κολάρα να έχουν ημικυκλική σχεδίαση στο κάτω μέρος και να κλείνουν με ασφαλή τρόπο χωρίς να εμποδίζουν τις κινήσεις του λαιμού με πάχος μολύβδου **0.50 mm Pb** .
2. Να είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ εύκαμπτο μολυβδούχο υλικό μικρής μάζας.
3. Να φέρουν επικάλυψη από αδιάβροχο , μη απορροφητικό, αντιαλλεργικό, και ανθεκτικό υλικό ώστε να καθαρίζονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο.
4. Να έχουν επικάλυψη μέχρι το στέρνο και με μήκος που να καλύπτει επαρκώς το άνω όριο τους ακτινοπροστατευτικής ποδιάς.
5. Να φέρουν σήμανση **CE** και πληρούν τα διεθνή standards. Το **CE** τους να είναι σύμφωνο με τους απαιτήσεις του ειδικού Ευρωπαϊκού κανονισμού και να συμμορφώνεται με το νέο πρότυπο **BS-EN 61331-1: 2014**.
6. Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος.

## **Ακτινοπροστατευτικά γυαλιά**

1. Να έχουν ισοδύναμο θωράκισης μολύβδου πάχους **0.75mm Pb** εμπρός και **0.50mm Pb** πλάγια.
2. Να έχουν την δυνατότητα να φορεθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.
3. Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό άριστης ποιότητας και με σχεδιασμό για επιπλέον άνεση και λειτουργικότητα αλλά και διαύγεια.
4. Να έχουν μάζα μικρότερη των **100g**.
5. Να συνοδεύονται από θήκη για την φύλαξη τους.
6. Να φέρουν σήμανση **CE** και πληρούν τα διεθνή standards.
7. Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

## **Ειδικοί όροι**

Το κόστος για 4 σετ ακτινοπροστατευτικών ποδιών, 4 κολλάρων προστασίας θυρεοειδούς και 2 ακτινοπροστατευτικών γυαλιών κυμαίνεται περίπου **3182 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Στο συνολικό κόστος θα συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά-αποστολή των παραπάνω ειδών στο χώρο του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής της Γαστρεντερολογικής  
Κλινικής Θεαγενείου