



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**  
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 - Τ.Κ. 546 39

Θεσσαλονίκη 13.10.2022  
Α/Α 1706

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ  
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

**Προς :**  
Όπως ο πίνακας διανομής

**ΘΕΜΑ:** Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

**ΣΧΕΤ.:** Το σχετικό αίτημα του Β' ΧΗΜ/ΚΟΥ 6<sup>ος</sup> ορ. του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια :

**Βελόνες ασφαλείας κυρτές για Port - HUMBER G 20/25mm, καθετήρες Κ.Φ. γραμμής:**  
α) Οι βελόνες να είναι από υλικό αδρανές στη χημειοθεραπεία, β) μήκους περίπου 25cm με διακόπτη ροής (σφιγκτήρα) .γ) οι βελόνες να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας που κατά την αφαίρεση της να ασφαλίζει την άκρη της, για αποφυγή και προστασία του προσωπικού από τρυπήματα. δ) Να είναι latex-free, DEHP-free και μιας χρήσεως αποστειρωμένες.

**Τεμ. 200**

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και ασφαλιστική-φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο **e-mail: a.gerogianni@theagenio.gov.gr**, έως 14-10-2022, η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898600, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

**Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος, αποστέιλετε αρνητική απάντηση!**

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**

Η συντάκτρια

Ο Διοικητικός Διευθυντής

Γερογιάννη Ανδριάνα

Φρύδας Ιωάννης

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

**FAX** \_\_\_\_\_ **E-MAILS**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. SCIBA MEDICAL     | info@sciba.gr  |
| 2. ARETEION MEDICALS | <a href="mailto:areteion@acci.gr">areteion@acci.gr</a> |
| 3. F M FEED          | <a href="mailto:info@fmfeed.eu">info@fmfeed.eu</a>     |
| 4. AMD               | info@amdmedical.gr                                     |