



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

## **ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ**

Το ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ που εδρεύει στην οδό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ 2 στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αιτείται την ανάθεση της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του προσροφητικού ψύκτη ιατρικού αέρα τύπου DONALDSON ALG 150SM με S/N W1892813

Ο ανάδοχος θα αναλάβει, με εκπαιδευμένους και ειδικευμένους τεχνικούς του, την ετήσια προληπτική συντήρηση του παραπάνω προσροφητικού ψύκτη, όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή του και θα παραδώσει στο τέλος των εργασιών δελτίο συντήρησης όπου θα αναγράφει τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια και ενδεδειγμένα για το μηχάνημα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρέπει να γίνει η επιθεώρηση συντήρησης των 12μηνών, όπως αναφέρεται στο manual του κατασκευαστή. Πρέπει να γίνει το Service Kit A (αντικατάσταση πρόφιλτρα, μεταφίλτρο, o-ring, βρεχόμενα ηλεκτροβαλβίδων, βρεχόμενα αποστραγγίσεων, σιγαστήρες, κτλ), το Service Kit B (αντικατάσταση αλουμίνιας, OX-filling και AK-FILLING) και καλιμπράρισμα του αισθητήριου μέτρησης του σημείου δρόσου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν αναλυτική οικονομική προσφορά για όλα τα υλικά που θα αντικαταστήσουν καθώς και να περιγράψουν αναλυτικά όλες τις εργασίες. Μειοδότης θα κριθεί ο ανάδοχος με τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

**ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικό **EN ISO 9001** για "τοποθέτηση συστημάτων ιατρικών αερίων"
2. Πιστοποιητικό **EN ISO 13485** για "τοποθέτηση συστημάτων ιατρικών αερίων"
3. Πιστοποιητικό Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση **ΔΥ8δ/1348/2004**