



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07

Θεσσαλονίκη, 8.2.2023
Αρ. Πρωτ. 232

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Γραμματικά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898398
FAX : 2310 845514

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του Τμήματος Ενδοσκοπήσεων του Νοσοκομείου. Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

Φίλτρο Κοκκιοκυτταρικής Μονοκυτταρικής Αφαίρεσης με ένδειξη «Επίτευξη ύφεσης σε ασθενείς με Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (Ελκώδη κολίτιδα, Νόσο Chron) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να έχει μέγεθος: 206 ± 21 mm σε μήκος και 60 ± 6 mm σε διάμετρο με χωρητικότητα 340ml
2. Να έχει συστατικά: 220 γραμμάρια σφαιριδίων οξικής κυτταρίνης με διάμετρο κάθε σφαιριδίου 2mm
3. Η στήλη που περιέχεται το φίλτρο να είναι αποστειρωμένη και μιας χρήσης
4. Να παραχωρείται σα συνοδός εξοπλισμός το ζεύγος καθετήρων (φλεβικός και αρτηριακός) που χρησιμοποιείται για την εξωσωματική κυκλοφορία του αίματος κατά τη διάρκεια της κοκκιοκυτταρικής μονοκυτταρικής αφαίρεσης. Το ζεύγος καθετήρων να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο και συμβατό με το φίλτρο και την αντλία.
5. Να παραχωρείται σα συνοδός εξοπλισμός η αντίστοιχη συμβατή συσκευή/αντλία στην οποία θα τοποθετείται το φίλτρο και θα πραγματοποιείται η διαδικασία κοκκιοκυτταρικής μονοκυτταρικής αφαίρεσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - 5.1 Τάση λειτουργίας 220-240W
 - 5.2 Δυνατότητα ροής 20-150ml/min
 - 5.3 Ανιχνευτή φουσαλίδων αέρα 0,1_mL
 - 5.4 Χρόνο λειτουργίας 0-300min

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και ασφαλιστική-φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο **email: v.grammatika@theagenio.gov.gr**, έως 10-2-2023, **η οποία να συνοδεύεται απαραίτητα με τις τιμές του παρατηρητηρίου Τιμών.**

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898414, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Διοικητικός Διευθυντής

Φρύδας Ιωάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

EMAIL

1. GALENICA

contact@galenica.gr