

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ

Για τις ανάγκες επεξεργασίας του ιατρικού αέρα στο Α.Ν.Θ Θεαγένειο, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά για τα κάτωθι είδη:

- Φίλτρο με δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων έως 1μm βαθμού P της σειράς Hiross Hyperfilter 2000 (τεμ.3) HFN022P
- Φίλτρο με δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων μέχρι 0,01mg/m³ βαθμού S της σειράς Hiross Hyperfilter 2000 (τεμ.3) HFN022S
- Φίλτρο βαθμού C της σειράς Hiross Hyperfilter 2000 (τεμ.3) HFN022C