

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. Να είναι σύγχρονης κατασκευής, ανθεκτική, τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης.
2. Να είναι τροχήλατη με 4 τροχούς από τους οποίους οι δύο αντιστατικοί και φέρουν φρένο.
3. Να είναι ισχυρής αναρρόφησης, 50 l/min περίπου με δυνατότητα κενού έως -0,95 Bar, 713 mmHg, με φωτιζόμενο διακόπτη on/off και ρυθμιστή της έντασης αναρρόφησης.
4. Να διαθέτει τη δυνατότητα για σύνδεση με ποδοδιακόπτη για την ρύθμιση της έντασης αναρρόφησης ώστε να παρέχει στον χειρουργό ελευθερία κινήσεων των χεριών.
5. Να διατίθενται φιάλες του ίδιου οίκου κατασκευής άθραυστες 1 ή 2 ή 5lt με καπάκι/χειρολαβή μεταφοράς με ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας υπερπλήρωσης (φλοτέρ), η οποία να δύναται να προσαρμόζεται με το πάτημα ενός κουμπιού στη ράγα του τροχήλατου χωρίς την ανάγκη ξεχωριστής βάσης.
6. Να διατίθεται προς επιλογή μεταλλική βαλβίδα εναλλαγής χρήσης φιαλών, η οποία να διατίθεται με τρεις σωλήνες και σφιγκτήρα για τοποθέτηση στη ράγα της αναρρόφησης.
7. Να συνοδεύεται από φίλτρο βακτηριδίων – μικροοργανισμών το οποίο να διογκώνεται εάν τυχόν περάσουν υγρά από την φιάλη έτσι ώστε να αποκλείει εντελώς την είσοδο υγρών στην αντλία.
8. Να διαθέτει τριπλό σύστημα ασφαλείας, φίλτρων και πλωτήρων προστασίας από υπερχειλίσσεις και επιμολύνσεις.
9. Να διαθέτει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών. Η αναρρόφηση να είναι εντελώς αθόρυβη και να λειτουργεί με δύο (2) γραφιτούχα πιστόνια χαμηλής τριβής αυτολιπαινόμενα.
10. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και χωρίς να επηρεάζει με παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού εξοπλισμού.
11. Να λειτουργεί με τάση 230 V - 50/60Hz και να φέρει ρευματολήπτη σούκο.
12. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια. Να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE-Mark.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.000,00€+ΦΠΑ