

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΟΘΟΝΗ

- ✓ Να διατίθεται σε 3 μεγέθη (3.8/1.2mm-5.0/2.2mm- 5.8/2.8mm)
- ✓ Να είναι εύκαμπτο με καμπτόμενο άκρο τουλάχιστον 160° / 180°
- ✓ Να διαθέτει μήκος εργασίας 600mm.
- ✓ Να διαθέτει κάμερα με πηγή φωτός τουλάχιστον δύο λυχνιών Led , οπτικό πεδίο 85° και βάθος πεδίου 6-50mm.
- ✓ Να έχει δυνατότητα σύνδεσης σε συσκευή αναρρόφησης με εσωτερική διάμετρο σωλήνα σύνδεσης Ø7mm +/-1.
- ✓ Να έχει θύρα για χορήγηση υγρών και εισαγωγή ενδοσκοπικών εργαλείων.
- ✓ Να διαθέτει βάση στήριξης ET σωλήνα ελάχιστης διαμέτρου 6-7 mm.
- ✓ Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσεως.
- ✓ Να είναι latex free.
- ✓ Να συνδέεται απευθείας στην οθόνη χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.

- ✓ Το βρογχοσκόπιο να είναι διαθέσιμο για επαναχρησιμοποίηση **στον ίδιο ασθενή** χωρίς χρονικό περιορισμό.
- ✓ Να διαθέτει πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο για χρήση στη αναφερόμενη οθόνη.

- ✓ Να δύναται(και να διατίθεται) να συνδεθεί σε αυτό, ειδικός συλλέκτης εκκρίσεων- δειγμάτων κατά την διαδικασία της βρογχοσκόπησης προς ανάλυση και αξιολόγηση.