

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΤΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Το Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για την κάλυψη των αναγκών του απαιτεί την προμήθεια δέκα (10) εκτονωτών - ρυθμιστών πίεσης φιαλών οξυγόνου. Το υπό προμήθεια είδος να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης ποιότητας και κατασκευής και να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

A. ΡΟΟΜΕΤΡΟ:

1. Να προσαρμόζεται στις φιάλες O₂, με κλείστρο σύμφωνα με την TOTEE 2491/86, (κλείστρο κανονικό τύπου NF- E 29-650). Να είναι κατάλληλο για παροχή ιατρικού οξυγόνου
2. Να έχει συμπαγή κατασκευή μικρών διαστάσεων και όγκου.
3. Η διάταξη μέτρησης-ρύθμισης της ροής (ροόμετρο) να είναι προσαρμοσμένη απευθείας στο σώμα του ρυθμιστή πίεσης, χωρίς ιδιαίτερο συνδετικό.
4. Το σώμα του ρυθμιστή να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο για το σκοπό μεταλλικό υλικό και να διαθέτει μία κοχλιωτή έξοδο με σπείρωμα 9/16 UNF, για τη σύνδεση διάφορων συσκευών επ' αυτού (υγραντήρες, συνδετικά σωλήνων, κτλ).
5. Να έχει τη δυνατότητα παροχής 0-15 lit/min μέσω περιστροφικού διακόπτη. Η δε διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 1 lit/min και να αυξάνεται κατά 1 lit/min μέχρι και τα 15 lit/min. Πίεση εξόδου 4,5 ± 0,5 Bar.
6. Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης, μέγιστης πίεσης εισόδου πάνω από 210 bar με ασφαλιστικό υπερπίεσης στην έξοδο του ρυθμιστή.
7. Να διαθέτει μανόμετρο ένδειξης πληρότητας φιάλης με προστατευτικό πλαστικό έναντι το χτυπημάτων.
8. Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται και μεταλλικό ακροφύσιο νεφελοποίησης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστηρίξεως σε ανταλλακτικά και SERVICE για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.
2. Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 5-15 εργάσιμες ημέρες. Το είδος θα παραδοθεί στην αποθήκη διαχείρισης τεχνικού υλικού του Νοσοκομείου με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας.
3. Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστικού οίκου και ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (Φ.Ε.Κ 32B' 16/01/2004), να διαθέτει EN ISO 9001:2008 και EN ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
4. Όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται με Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.