



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»  
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 - Τ.Κ. 54639

Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2023

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Διευθύντρια: Διαμαντή Ι.  
Τηλέφωνο : 2310898254

ΠΡΟΣ  
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των αντιδραστηρίων

• CYTOMEGALOVIRUS (CMV) IgG MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	144
• CYTOMEGALOVIRUS (CMV) IgM MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	172
• EPSTEIN-BARR (EBV) EBNA IgG MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	272
• EPSTEIN-BARR (EBV) VCA VIRCLIA IgG MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	192
• EPSTEIN-BARR (EBV) VCA VIRCLIA IgM MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	225
• HERPES SIMPLEX 1 (HSV-1) IgG MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	162
• HERPES SIMPLEX 1 (HSV-1) IgM MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	332
• EPSTEIN-BARR EA IgG MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	315
• TOXOPLASMA IgG MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	144
• TOXOPLASMA IgM MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	172
• VARICELLA-ZOSTER IgG MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	192
• VARICELLA-ZOSTER IgM MONOTEST, 24 Tests [CE/IVDR]	225

που χρησιμοποιούνται σε αναλυτή έμμεσης χημειοφωταύγειας με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πλήρως αυτοματοποιημένο αναλυτή έμμεσης χημειοφωταύγειας σε μορφή μονοτέστ
- Ο αναλυτής να είναι εγκεκριμένος για διαγνωστική χρήση (CE/IVD), με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για τις αιτούμενες εξετάσεις



- Να πραγματοποιεί όλες τις εξετάσεις που πραγματοποιεί ο αναλυτής LIAISON
- Να μπορεί να παραχωρηθεί στο νοσοκομείο μας ως συνοδός εξοπλισμός
- Κάθε εξέταση να είναι σε μορφή κασέτας και ως εκ τούτου να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια και τους μάρτυρες για την αξιολόγηση και έγκριση του αποτελέσματος.
- Το αποτέλεσμα να μην βασίζεται σε αποθηκευμένη καμπύλη
- Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι μικρών διαστάσεων (αναλυτής πάγκου)
- Να είναι τυχαίας προσπέλασης, συνεχούς φόρτωσης και με δυνατότητα εισαγωγής επειγόντων δειγμάτων
- Να δέχεται διαφόρων μορφών σωληνάρια (πχ πρωτογενή σωληνάρια, αιμοληψία, σωληνάρια τύπου Erpendorf, σωληνάρια προαραίωσης κλπ με ή χωρίς γραμμικό κώδικα
- Να είναι δυνατή η αναφορά των αποτελεσμάτων τόσο ανά εξέταση όσο και ανά ασθενή
- Να είναι δυνατή η σύνδεση του με το LIS του νοσοκομείου και να προσδιορίζει όλες τις αναφερόμενες εξετάσεις.

Το είδος δεν υπάρχει σε διαγωνισμό αλλά προτείνεται να αντικαταστήσει τον αναλυτή LIAISON σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικών της υπ. αριθμ. 11<sup>ης</sup> /27.07.2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και το υπ αριθμ πρωτ. 10710/11.08.2023 έγγραφο της διευθύντριας του Βιοχημικού & Βιοπαθολογικού Τμήματος. Αιτούμενη ποσότητα 1 kit από κάθε αντιδραστήριο. Τα αντιδραστήρια θα επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου για χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα.

Με εκτίμηση

Η προϊστάμενη Διευθύντρια του Βιοχημικού & Βιοπαθολογικού Τμήματος

4<sup>η</sup> Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ MSC  
 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ & ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
 ΑΜΚΑ: 0405 903440 ΤΣΑΥ: 95044