

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΔΕΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

1) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (Κωδ. Είδους: 0507-70000)

<i>A/A</i>	<i>ΕΙΔΟΣ</i>	<i>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</i>	<i>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</i>
1	Σάκοι Μαύροι	50 X 50 cm	ΚΙΛΑ
2	Σάκοι Μαύροι	60 X 80 cm	ΚΙΛΑ
3	Σάκοι Μαύροι	80 X 110 cm	ΚΙΛΑ
4	Σάκοι κόκκινοι για μολυσματικά- τοξικά απόβλητα	80 X 110 cm	ΚΙΛΑ
5	Σάκοι κίτρινοι για ματισμό	60 X 80 cm	ΚΙΛΑ
6	Σάκοι κίτρινοι για μολυσματικά απόβλητα	60 X 80 cm	ΚΙΛΑ
7	Σάκοι κίτρινοι για μολυσματικά απόβλητα	80 X 110 cm	ΚΙΛΑ
8	Ρολά των 20τεμ για καλαθάκια γραφείου	50 X 50 cm	ΡΟΛΑ
9	Σάκοι κόκκινοι για μολυσματικά – τοξικά απόβλητα	60 X 80 cm	ΚΙΛΑ
10	Σάκοι Υδατοδιαλυτοί	60 X 100 cm	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΣΥΝΟΛΟ		

2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Οι μαύροι σάκοι (A/A 1,2,3) θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό, αδιάβροχο υλικό φιλικό προς το περιβάλλον (ανακυκλώσιμο 100% ή βιοδιασπώμενο).
- 2) Οι κόκκινοι σάκοι (A/A 4 και A/A 9) θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό αδιάβροχο, Οικολογικό πλαστικό κατάλληλο για αποτέφρωση (όχι από PVC), και να φέρουν το διεθνές σήμα του βιολογικού κινδύνου όπως επίσης και το χαρακτηρισμό « ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» αλλά και τυπωμένο πλαίσιο (διαστ. 10 X 6 cm) όπου θα αναγράφεται το Νοσοκομείο, η Ημερομηνία και το Τμήμα. Οι σάκοι θα φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- 3) Οι κίτρινοι σάκοι (A/A 6,7) θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό, αδιάβροχο υλικό ανακυκλώσιμο 100% ή βιοδιασπώμενο. Θα φέρουν σήμανση « ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ», το διεθνές σήμα βιολογικού κινδύνου, αλλά και τυπωμένο πλαίσιο (διαστ. 10 X 6 cm) όπου εντός του θα αναγράφεται το Νοσοκομείο, Η ημερομηνία και το Τμήμα. Οι σάκοι θα φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- 4) Οι υδατοδιαλυτοί σάκοι θα πρέπει να φέρουν τυπωμένο το χαρακτηρισμό «ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ»
- 5) Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία σάκων ανά κιλό.

- 6) Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από δείγματα για όλες τις κατηγορίες. Τα είδη θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές
- 7) Εάν η κατασκευή των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ή έχουν υποστεί βλάβες κατά τη μεταφορά, ο ανάδοχος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει ή να τις βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ »