



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" Αλ. Συμεωνίδη αρ.2 , Τ.Θ. 18183 – Τ.Κ. 54007
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
Διευθυντής: Dr ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο : 2310 898564

Θεσσαλονίκη 15/12/2023

Προς : Γραφείο προμηθειών

Θέμα: Σύστημα ουρηθροτόμου

Σας καταθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος ουρηθροτόμου

- θήκη ουρηθροτόμου, 21 Fr., με κανάλι για FILIFORM bougies, να συνοδεύεται από 2 LUER-Lock cones
- Obturator, για τη θήκη ουρηθροτόμου, 21 Fr.
- Συμπληρωματική θήκη, half-round, για εισαγωγή καθετήρα balloon, για να γλυστράει στη θήκη του ουρηθροτόμου.
- Συμπληρωματική θήκη, για έγχυση συνεχούς ροής και αναρρόφηση, για να γλυστράει στη θήκη του ουρηθροτόμου, να συνοδεύεται από LUER-Lock cones.
- Ευθύ ενδοσκόπιο 0°, διευρυμένου πεδίου, διαμέτρου 4 mm, μήκους 30 cm, κλιβανιζόμενο, ενσωματωμένη μετάδοση φωτισμού με οπτικές ίνες, color code: green.
- Παθητικός μηχανισμός κοπής (για χρήση με οπτικό ουρηθροτόμο).
- Ψυχρό μαχαίριδιο ευθύ, συσκευασία των 6 τεμ.
- Πλαστικό κυτίο, για αποστείρωση και αποθήκευση, διάτρητο, με διαφανές καπάκι και βάση σιλικόνης, εξωτερικές διαστάσεις (w x d x h): 515 x 233 x 65 mm, αποτελείται από: Βάση κυτίου , καπάκι , στρώμα σιλικόνης.

Η τριμελής επιτροπή
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Γραικός Κωνσταντίνος, Δ/ντής Ε.Σ.Υ. Ουρολογίας
Γκατζός Στέργιος, Επικουρικός Ιατρός Ουρολογίας (Αναπλ. Μέλος του κ. Κλαμπάτσα Αθανασίου)
Φωτίου Βασίλειος, ΠΕ Νοσηλευτικής