

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Α΄ Δ.Υ.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»  
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2  
Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07

Θεσσαλονίκη, 7/12/2023

**ΑΠΟ:**

1. Προϊσταμένη Δ/ντρια του Αιματολογικού Εργαστηρίου  
Μ. Δίτσα  
Τηλ: 2310 898270

**ΠΡΟΣ:**

1) Γραφείο Προμηθειών-  
Δ/ντρια Οικον. Τμήματος

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ**

1. Επιτραπέζια φυγόκεντρος μη ψυχόμενη
2. Να μπορεί να φέρει κεφαλές και σταθερής και ελεύθερης γωνίας
3. Να έχει ταχύτητα φυγοκέντρωσης μέχρι 4500rpm/μίν και μέγιστη δύναμη φυγοκέντρωσης  $rcf$  3200xg
4. Ρυθμιστή ταχύτητας και χρόνου φυγοκέντρωσης
5. Να προσφέρεται με κεφαλή μεταβλητής γωνίας . Να συνοδεύεται από καλάθια και αντάπτορες κατάλληλα για τη φυγοκέντρωση τουλάχιστον 16 σωληναρίων αίματος χωρητικότητας 4-10ml και τουλάχιστον 8 σωληναρίων αίματος χωρητικότητας 15ml, με διαστάσεις 13mmx85mm και 17mmx110mm αντίστοιχα
6. Να διαθέτει τεχνολογία soft break, για μαλακή επιτάχυνση και σταμάτημα
7. Να έχει ρότορα από ανοξείδωτο ατσάλι
8. Να έχει δυνατότητα κλειδώματος των παραμέτρων
9. Ανάγνωση ταχύτητας και υπολειπόμενου χρόνου.
10. Αθόρυβη, θόρυβος < 55db(A), και αντικραδασμική λειτουργία
11. Ασφάλιση και κλείδωμα καπακίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
12. Άνοιγμα του καπακίου με ένα κουμπί
13. Διαστάσεις μέχρι 35X40X50cm(ΥxΜxΒ)(με κλειστό καπάκι)
14. Να ανιχνεύει αυτόματα τυχόν ανισοβαρή δείγματα
15. Απελευθέρωση κλειδώματος έκτακτης ανάγκης.
16. Να λειτουργεί στα 230V/50Hz
17. Να μην ξεπερνά τα 210W
18. Να έχει σήμανση CE
19. Ο κατασκευαστής να έχει ISO9001 και ISO13485
20. Ο προμηθευτής να έχει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή
21. Να έχει τουλάχιστον διετή εγγύηση

ΔΙΤΣΑ Σ, ΜΑΡΙΑ  
ΔΙΝΤΡΙΑ ΑΙΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ  
ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΑΜ84324  
ΑΜΚΑ 07046800160