

## ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΛΛΑΓΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το τροχήλατο να φέρει μεταλλικό σκελετό από χάλυβα με εποξική επικάλυψη, ανθεκτικό στις εκδορές και στη διάβρωση. Να είναι ελαφρύ και εύκολο στη μετακίνηση.
2. Να είναι στιβαρής κατασκευής, με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς αιχμηρές άκρες, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση.
3. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από πλενόμενο υλικό, χωρίς αιχμηρές άκρες και κενά που μπορούν να συσσωρευτούν ρύποι. Να φέρει υπερυψωμένο γείσο στις τρεις πλευρές.
4. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος.
5. Να διαθέτει συνδυασμό τεσσάρων (4) συρταριών, εκ των οποίων τα τρία (3) βάθους 150mm τουλάχιστον και το ένα (1) μεγαλύτερου βάθους 220mm τουλάχιστον.
6. Τα συρτάρια οπωσδήποτε να είναι εύκολα προσθαφαιρούμενα.
7. Τα συρτάρια να είναι μεταλλικής κατασκευής, με εποξική βαφή. Να είναι συρόμενα σε τηλεσκοπικούς οδηγούς και να διαθέτουν ατραυματικές ενσωματωμένες χειρολαβές, καθώς και θέση για ετικέτες. Να διαθέτουν κλείδωμα.
8. Τα συρτάρια να διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων.
9. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με τα ακόλουθα εξαρτήματα:
  - Διανομέα φαρμάκων – συρίγγων, με δέκα (10) τουλάχιστον ανακλινόμενες θήκες
  - Δυο (2) στηρίξεις δοχείων απόρριψης αιχμηρών, ρυθμιζόμενες, κατάλληλες για όλους τους τύπους δοχείων
  - Διπλό κάδο απορριμμάτων, χωρητικότητας 15lt περίπου ο καθένας στην δεξιά πλευρά του σώματος
  - Τρεις πλευρικές ανακλινόμενες πλαστικές θήκες στην αριστερή πλευρά του σώματος
  - Νεφροειδές ράφι
10. Το τροχήλατο να φέρει στη βάση του περιμετρικό προσκρουστήρα και τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125mm τουλάχιστον, εκ των οποίων οι δύο (2) με φρένο. Οι τροχοί να φέρουν επιπλέον προσκρουστήρα από μαλακό πλαστικό.
11. Διαστάσεις τροχήλατου – σώματος χωρίς λυιπό εξοπλισμό: 700 x 600 x 1100 mm (ΜxΒxΥ) με μέγιστη απόκλιση ( $\pm 10\%$ ).
12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
13. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως prospectus ή manual.

14. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Επίσης να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 14001. *(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)*
  15. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. *(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)*
-