

Θέμα: Προμήθεια συσκευής στερέωσης και σταθεροποίησης λαρυγγικών και ενδοτραχειακών αεραγωγών

Η εξασφάλιση ασφαλούς αεραγωγού είναι μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αναισθησιολόγος κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Για τη σταθεροποίηση του ενδοτραχειακού σωλήνα ή της λαρυγγικής μάσκας στη θέση τους και την αποφυγή μετακίνησης ή ατυχηματικής αποσωλήνωσης, μετά την τοποθέτηση της αντίστοιχης συσκευής, χρησιμοποιούνται κατά κανόνα μη-τυποποιημένες τεχνικές όπως αυτοκόλλητες ταινίες, κορδέλες συγκράτησης (φακαρόλες) κ.α.

Ωστόσο, οι λύσεις που διατίθενται χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό με εμπειρικό τρόπο, η εφαρμογή τους εξαρτάται και από την εμπειρία του χρήστη και δεν εξασφαλίζουν τον αεραγωγό από ατυχηματική αποσωλήνωση εάν ασκηθούν κατάλληλες δυνάμεις έλξης. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελούν οι χειρουργικές επεμβάσεις όπου υπάρχει μειωμένη πρόσβαση στον αεραγωγό, όπως είναι η πρηνής χειρουργική θέση του ασθενούς αλλά και η γναθοχειρουργική και η χειρουργική των ΩΡΛ περιστατικών.

Για την εξασφάλιση της σταθερότητας του αεραγωγού σωλήνα στις περιπτώσεις αυτές, διατίθενται ειδικά σχεδιασμένες συσκευές που προσφέρουν αυξημένη αντοχή στις δυνάμεις από-σωλήνωσης, γρήγορη και αξιόπιστη στερέωση και τυποποίηση της πρακτικής χωρίς αυτή να επηρεάζεται από την εμπειρία του χρήστη.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την προμήθεια κατάλληλης συσκευής στερέωσης και σταθεροποίησης λαρυγγικών και ενδοτραχειακών αεραγωγών με τις προδιαγραφές που ακολουθούν.