



Θεσσαλονίκη 30/10/2024
Αρ. Πρωτ. 14826

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 546 39

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Γραμματικά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310898398

Προς:
ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΤ
Email:info@emedgroup.gr

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας φίλτρων λευκαφαίρεσης bed side ερυθρών αιμοσφαιρίων και φίλτρων λευκαφαίρεσης bed side αιμοπτεταλίων για τις ετήσιες ανάγκες του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φίλτρων λευκαφαίρεσης bed side ερυθρών αιμοσφαιρίων και φίλτρων λευκαφαίρεσης bed side αιμοπτεταλίων για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισμού έως του ποσού των 25.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (cpv:33141630-5 και ΑΔΑ:6A3Z469ΗΔΧ-P42) σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε γραπτή οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια καθώς και ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο πτοινικού μητρώου στο email:v.grammatika@theagenio.gov.gr, έως 6/11/2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ





**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ (BED SIDE)
ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ.**

Περιγραφή συστήματος

Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για υψηλή λευκαφαίρεση μίας μονάδας ερυθρών ή ολικού αίματος. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ρύγχος σύνδεσης με τον ασκό του αίματος, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων, σταγονομετρικό θάλαμο, και ένα φίλτρο υψηλής απόδοσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Μετά τη λευκαφαίρεση ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων να είναι μικρότερος από 1x10⁵
2. Η ανάκτηση των ερυθροκυττάρων να είναι μεγαλύτερη του 93%.
3. Να είναι έτοιμα εύκολα και εύχρηστα
4. Όλα τα επιμέρους τμήματα να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το κυρίως φίλτρο.
5. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία .
6. Να μην απαιτείται έκπλυση ή ενεργοποίηση των φίλτρων με φυσιολογικό ορό.
7. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark) και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας ISO.
8. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά εντός του κιβωτίου μεταφοράς.
9. Η προσφορά να συνοδεύεται από ανεξάρτητες μελέτες.
10. Η προσφορά να συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας και ενδείξεις και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου.
11. Η απομάκρυνση των αιμοπεταλίων να είναι μεγαλύτερη του 97%.
12. Να εξασφαλίζουν την αποφυγή μετάδοσης CMV λοίμωξης και αυτό να πιστοποιείται με σχετικές μελέτες.
13. Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα με 2 δείγματα.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:1500 τεμάχια

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 9,980 € + Φ.Π.Α.



ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ 3-7 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ

Περιγραφή του συστήματος:

1. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει :
 - Ένα κώνο διάτρησης για σύνδεση με τον ασκό αιμοπεταλίων
 - Ένα σταγονομετρικό θάλαμο με προφίλτρο για την κατακράτηση πηγμάτων και σταγονομέτρηση της ροής πριν τη διήθηση.
 - Ένα φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης αιμοπεταλίων
 - Ένα σταγονομετρικό θάλαμο για σταγονομέτρηση του λευκαφαιρεμένου παραγώγου.
 - Δύο διακόπτες ροής
 - Σύνδεση Luer Lock καλυμμένη με πώμα ασφαλείας.
 - Έναν ρυθμιστή ροής (roller)
2. Ο αριθμός των μετά την διήθηση παραμενόντων λευκών αιμοσφαιρίων, να μην είναι μεγαλύτερος από 1×10^4 λευκά αιμοσφαίρια.
3. Η ανάκτηση των αιμοπεταλίων να είναι μεγαλύτερη από 90%.
4. Τα συστήματα να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία,
5. Να είναι απαλλαγμένα πυρετογόνων.
6. Να είναι έτοιμα για χρήση οπότε η εφαρμογή της διαδικασίας να μην απαιτεί εξειδίκευση του χρήστη ή ειδική προεργασία πλήρωσης του φίλτρου .
7. Το εξωτερικό περίβλημα του φίλτρου να είναι από σκληρό πλαστικό ώστε να εξασφαλίζει την προστασία της μεμβράνης από φθορές που είναι δυνατόν να προκληθούν από πιέσεις που ασκούνται σε αυτή κατά την αποθήκευση και χρήση και μπορεί να επηρεάσουν την υψηλή απόδοση του φίλτρου και την ασφάλεια της μετάγγισης.
8. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της E.E (CE Mark) και πιστοποιητικό ποιότητας ISO.
9. Η προσφορά να συνοδεύεται με μελέτες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά.
10. Να έχουν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:600 τεμάχια

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ:17,090 € + Φ.Π.Α.

