



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**  
Αλ. Συμεωνίδη 2 - Τ.Κ. 546 39

Θεσσαλονίκη 22.10.2024  
Α/Α: 1475

-----  
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ  
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

**Προς :**  
Όπως ο πίνακας διανομής

**ΘΕΜΑ:** Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

**ΣΧΕΤ.:** Το σχετικό αίτημα της Αιματολογικής 6<sup>ος</sup> του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια :

**Βελόνα στερνικής παρακέντησης (μυελογράμματος) 14Gx55mm.**

**Τεμ. 100**

**(Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές)**

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 14Gx55mm και μόνο!!**

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε όπως αποστείλετε γραπτή οικονομική προσφορά, φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο e-mail: [a.gerogianni@theagenio.gov.gr](mailto:a.gerogianni@theagenio.gov.gr), έως **23-10-2024**.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898619, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

**Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος, αποστείλετε αρνητική απάντηση!**

Η συντάκτρια

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Γερογιάννη Ανδριάνα

Πιρπιρή Ζωή

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. <u>ΑΝΑΔΡΑΣΗ</u> | <a href="mailto:info@anadrasi.gr">info@anadrasi.gr</a> |
| 2. IMPACKT         | <a href="mailto:info@impackt.gr">info@impackt.gr</a>   |
| 3. BARD            | bard.hellas@crbard.com                                 |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΑ  
ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ (ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)  
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 14 G X 55 MM

- 1) Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για στερνική παρακέντηση και δια αναρρόφηση <sup>μυελού</sup> των οστών από την ιερολαβόνιο άκανθα.
- 2) Το άκρο της βελόνας να έχει τριπλό αιχμηρό tip που επιτρέπει την χρηστικότητα, εύκολη και ατραυματική διεξόδου στην κοιλότητα του μυελού των οστών.
- 3) Το ειδικό stop να επιτρέπει τον έλεγχο του βάθους της διεξόδου της βελόνας.
- 4) Το άνω άκρο με "connector" τύπου luer lock να επιτρέπει την σύνδεση με όλες τις σύριγγες.
- 5) Να είναι ρυθμιζόμενου μήκους, με δυνατότητα να μειωθεί το μήκος της βελόνας από 1mm έως 20mm από το αναγραφόμενο μήκος.
- 6) Να διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη βάση ρυθμιζή μήκους.
- 7) Να φέρει ειδική πλαστική λαβή που εφαρμόζεται στην κεφαλή της βελόνας δίνοντας της σχήμα "σταυρού" για οικονομική χρήση (προαιρετική χρήση).
- 8) Να μην είναι ευλύγιστες ή... εύθραυστες.
- 9) Να είναι από υλικό μη πυρετογόνο και μη τοξικό.
- 10) Συσκευασία: κουτί 10 τεμαχίων.
- 11) Να διαθέτει πιστοποιητικά CE και ISO.
- 12) Να διατίθεται σε μεγέθη 14, 15, 16, 18 G x 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75 mm