

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια του **αιτουμένου αντιδραστηρίου, το οποίο απαιτείται για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας C**, ως επιβεβαιωτική δοκιμασία και όχι προκαταρκτικό τεστ, για τα θετικά δείγματα των ασθενών μας.

1. Να χρησιμοποιούν την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης σε ταινίες με ακινητοποιημένα πεπτίδια -αντιγόνα που να καλύπτουν όλες τις βασικές περιοχές του γονιδιώματος του ιού, στη δομική περιοχή C1 και C2 και στη μη δομική περιοχή NS3 και NS4.
2. Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση 24 δοκιμών.
3. Το κιτ να περιέχει θετικό και αρνητικό μάρτυρα ως δείγμα πλάσματος για τον έλεγχο της διαδικασίας.
4. Να ανιχνεύει αντισώματα σε ορό ή πλάσμα έναντι του ιού της ηπατίτιδας C
5. Σε κάθε ταινία να υπάρχουν ενσωματωμένοι εσωτερικοί μάρτυρες βάσει των οποίων θα γίνεται οπτικά η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και για αυτό η διάκριση των πεπτιδίων πρέπει να είναι πολύ σαφής.
6. Να μη χρειάζεται προαραίωση του δείγματος κατά την εκτέλεση της μεθόδου.
7. Να ανιχνεύουν την πρώιμη ορομετατροπή.
8. Για την τεκμηρίωση της θετικότητας του δείγματος να απαιτείται η παρουσία αντισωμάτων από 2 τουλάχιστον διαφορετικές γονιδιακές περιοχές. Η μέθοδος να είναι εύκολη και γρήγορη και να δίνει σαφή αποτελέσματα χωρίς πολλά ψευδώς θετικά