



Θεσσαλονίκη 6/11/2024
Αρ. Πρωτ. 15280

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 546 39

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Γραμματικά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310898398

Προς:
ARMOR
Email:info@armor.gr

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υλικών του εγχυτή ACCUTRON CT για τις ετήσιες ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσοκομείου

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υλικών του εγχυτή ACCUTRON CT για τις ετήσιες ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσοκομείου προϋπολογισμού έως του ποσού των 25.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (cpv:33194120-3 και ΑΔΑ:9Ι4Φ469ΗΔΧ-ΚΓΣ) σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε γραπτή οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια καθώς και ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email:v.grammatika@theagenio.gov.gr, έως 13/11/2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ



Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΞΟΥΡΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07

15

Εξω6(03)

5/11/24

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

πρωτ. 15191

Ημερ/νία παραλαβής 5/11/24

Τμήμα

Θεσσαλονίκη 05/11/2024

Α.Π. :

Προς ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές και ετήσιες ανάγκες αναλώσιμων υλικών του εγχυτή ACCUTRON CT

1. Σύριγγα 200ml με αντοχή σε πίεση 305psi πολλαπλών χρήσεων 8 ωρών για εγχυτή ACCUTRON CT. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση στον εγχυτή της εταιρείας MEDTRON ACCUTRON CT, με ετήσια ποσότητα 300τμχ και με τιμή τεμαχίου:11,95ευρώ
2. Σύστημα σωληνώσεων με αντοχή σε πίεση 305psi πολλαπλών χρήσεων 8 ωρών για εγχυτή ACCUTRON CT. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση στον εγχυτή της εταιρείας MEDTRON ACCUTRON CT, με ετήσια ποσότητα 300τμχ και με τιμή τεμαχίου:8,10ευρώ.
3. Προέκταση ασθενούς 200εκ. με αντοχή σε πίεση 305psi για σύνδεση με τον παραπάνω σύστημα σωληνώσεων πολλαπλών χρήσεων. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή για χρήση στον εγχυτή της εταιρείας MEDTRON ACCUTRON CT, με ετήσια ποσότητα 5000τμχ και με τιμή τεμαχίου: 2,90ευρώ.

Σας ενημερώνουμε ότι το νοσοκομείο σε εύλογο χρονικό διάστημα πρόκειται να αντικαταστήσει τον Αξονικό Τομογράφο. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση του νέου Τομογράφου πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του έτους η προμήθεια των ανωτέρων αναλώσιμων θα διακοπεί.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΦΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΠΙΤΣΙΟΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ