



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 - Τ.Κ. 546 39

Θεσσαλονίκη 27.11.2024
Α/Α : **1618**

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

1. Κουβέρτες θέρμανσης ενηλίκων για το άνω μέρος σώματος 160x76 ±2cm, με οπή υποδοχής 6cm για το σωλήνα θέρμανσης, συμβατές με τα υπάρχοντα μηχανήματα (mistral air)
Τεμ. 100
2. Κουβέρτες θέρμανσης ενηλίκων, ολόσωμες 218x127cm ±2cm με οπή υποδοχής 6cm συμβατές με τα υπάρχοντα μηχανήματα (mistral air)
Τεμ. 50

****ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ MISTRAL AIR****

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά, φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο e-mail: a.gerogianni@theagenio.gov.gr, έως **28-11-2024**.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898213, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος, αποστέιλετε αρνητική απάντηση!

Η συντάκτρια

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Γερογιάννη Ανδριάνα

Πιρπιρή Ζωή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. "MEDITRANS" ΗΛΙΑΔΗΣ Π.	iliadis@otenet.gr
2. TELEFLEX MEDICAL Α.Ε.Ε.	info.gr@teleflex.com
3. ΠΝΟΗ-Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ	info@pnoiepe.gr
4. MILONAS	info@milonashealth.gr
5. <u>MEDISUP</u>	athens@medisup.gr
6. MEDTRONIC	tenders@medtronic.com

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών, μ.χ. κατασκευασμένες από NON WOVEN δυο στρωμάτων πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο. Να είναι υποαλλεργικές, μη αναφλέξιμες και να μην απελευθερώνουν ινίδια, σκόνη ή χνούδι (σύμφωνα με το ISO 9073-10). **Να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε όλη την επιφάνειά τους από μικροπόρους και όχι τρύπες.** Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να "αιωρούνται", να είναι ελεύθερες latex, υψηλής αντίστασης σε φωτιά (να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).

Να είναι μη αγωγίμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC.

Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης διαμέτρου 6 cm, συμβατές με τα υπάρχοντα μηχανήματα (Mistal Air).

Ολόσωμη, χειρουργικής χρήσης ολικής κάλυψης, διαστάσεων 220x133cm. Να έχει στο κέντρο παράθυρο χειρουργικής πρόσβασης, με αυτοκόλλητες ταινίες για στερέωση στο σώμα, μεγάλων διαστάσεων πλάτους 40 cm και μήκους 50cm με δυνατότητα μεταβολής του έως τα 120cm.

Ειδικά σχεδιασμένη για επεμβάσεις κοιλιακής χώρας, θώρακα, σπονδυλικής στήλης κλπ. Με πρόσθετο μη διογκούμενο, μη θερμαινόμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων για πρόληψη & αποφυγή θερμικού τραυματισμού και με αναδιπλούμενες, μη διογκούμενες προεκτάσεις στο πάνω μέρος έτσι ώστε να σταθεροποιείται με ασφάλεια κάτω από το σώμα του ασθενούς. Να έχει δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (πάνω - κάτω).

Προϋπολογισμός: 34,00 €/τεμ πλέον ΦΠΑ 24%

Για χρήση κάτω από το σώμα, ως υπόστρωμα, για επεμβάσεις σε θέση λιθοτομής (Half Underbody), διαστάσεων 168x90εκ, ώστε ο ασθενής να τοποθετείται πάνω σε αυτή και να υπάρχει άπλετη πρόσβαση σ' αυτόν χωρίς καμία ενόχληση. Να έχει δύο αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης πάνω στον κορμό του ασθενή (δεξιά-αριστερά), δυνατότητα διάτρησης για κατ' επιλογή τοποθέτηση των χεριών εντός ή εκτός της κουβέρτας και δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (κεφάλι - πόδια).

Προϋπολογισμός: 34,00 €/τεμ πλέον ΦΠΑ 24%