



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
ΑλΣυμεωνίδη2 Τ.Κ546 39

Θεσσαλονίκη, 09.01.2025

Α/Α : 23

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΝΑ ΝΑΛΜΠΝΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του τμήματος ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ τμήματος του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

Επιτοίχιες αναρροφήσεις Τεμ.6

Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email: ereyna.agoras@theagenio.gov.gr, έως τις **13-01-2025**.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε αρνητική απάντηση!

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310-898892, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Συντάκτρια

Ναλμπάντη Άννα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΡΠΙΡΗ ΖΩΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια έξι (6) επιτοίχιων αναρροφήσεων για την ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ρυθμιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επιτοίχια λήψη κενού μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου και θα πρέπει να διαθέτει:

- Κλίμακα ρύθμισης 0 – 1000mbar
- Μέγιστη ροή τουλάχιστον 45lt/min
- Ταχυσύνδεσμο τοποθέτησης σε επιτοίχια λήψη γαλλικού τύπου (AFNOR)
- Μπουτόν on – off
- Μοναδικό σειριακό αριθμό
- Ικανότητα να συνδεθεί μέσω πλαστικού σωλήνα PVC σε σειρά από δοχεία κατακράτησης
- Θα φέρει σήμανση CE συνοδευόμενη από τον τετραψήφιο αριθμό του φορέα που το χορήγησε
- Θα συνοδεύεται από πολυανθρακικό δοχείο κατακράτησης με δυνατότητα αποστείρωσης, χωρητικότητας τουλάχιστον 150cc. Θα διαθέτει βαλβίδα υπερχειλίσης και αντιβακτηριακό φίλτρο μίας χρήσης . Επινικελωμένο παξιμάδι για σύνδεση με το σύστημα. Θα συνοδεύεται και από επιπλέον μεταλλικό μαστό για απευθείας σύνδεση (χωρίς το δοχείο κατακράτησης).
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον.
2. Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημέρες. Το είδος θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο με έξοδα της προμηθεύτριας

3. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να φέρει σήμανση CE ή Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και αποφάσεις καθώς και να πληροί όλα τα διεθνή Standard ασφαλείας. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ISO του
4. Τέλος ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (Φ.Ε.Κ 32Β΄ 16/01/2004), να διαθέτει EN ISO 9001, EN ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
5. Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται το μοντέλο και το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και να κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια.