



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
4<sup>η</sup> Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**  
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2  
Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07  
-----

Θεσσαλονίκη, 14.01.2025

A/A: 30

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ANNA ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

**ΘΕΜΑ:** Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

**ΣΧΕΤ.:** Το σχετικό αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

**Προμήθεια συστημάτων τηλεσκοπικών βραχιόνων (παραβάν) σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές**

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και ασφαλιστική-φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο **e-mail: [ereyna.agoras@theagenio.gov.gr](mailto:ereyna.agoras@theagenio.gov.gr)** έως **22/01/2025**.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898895 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η Συντάκτρια

ΠΙΡΠΙΡΗ ΖΩΗ

Ναλμπάντη Άννα



## "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ "

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αντικείμενο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση επιτοίχιων βραχίωνων τηλεσκοπικών (2 τεμάχια). Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η κουρτίνα (4 τεμάχια). Το σύστημα θα τοποθετηθεί σε δύο χώρους μαστογραφίας στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα.

Αναλυτικότερα ο βραχίονας θα είναι ρυθμιζόμενος τηλεσκοπικός για την τοποθέτηση κουρτίνας. Θα έχει τη δυνατότητα περιστροφής 180°. Θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο, μικρού βάρους για ευκολία στην κίνηση. Το μήκος του αυξομειώνεται τηλεσκοπικά από 88-210cm. Θα έχει εύρος κίνησης 180°, κάθετα στον τοίχο.

Οι κουρτίνες θα είναι πυρίμαχες (κλάσης I), αντιαλλεργικές, αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων, αδιάβροχες και ιδιαίτερα ανθεκτικές στην τριβή. Θα αποτελούνται από πυκνό υλικό το οποίο αποτρέπει την διείσδυση σκόνης και βελτιώνει την αίσθηση ιδιωτικότητας του ασθενή στον χώρο νοσηλείας/εξέτασης. Το υλικό θα πλένεται σε θερμοκρασίες έως και 60°C. Οι μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο θα είναι 1,80μΧ1,80 μ και τα χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.



Εικόνα 1



## "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ "

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και να κάνουν ακριβείς μετρήσεις για την κατασκευή των υλικών. Όλα τα παραπάνω υλικά, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία.

Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες ή οσμές στο υπόλοιπο Νοσοκομείο και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των μέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες μέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρμόζοντα μέτρα.