



Θεσσαλονίκη 19/5/2025

Αρ. Πρωτ. 719

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 546 39

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Γραμματικά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310898398

Προς:
GE Healthcare
Email:
fotini.katsoni1@gehealthcare.com

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός (1) φορητού υπερηχοτομογράφου (τσέπης) του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός (1) φορητού υπερηχοτομογράφου (τσέπης) του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου (cρν:33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους και ΑΔΑ:6ΗΡΣ469ΗΔΧ-6ΤΣ) σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε γραπτή οικονομική και τεχνική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια καθώς και ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email:v.grammatika@theagenio.gov.gr, έως 26/5/2025 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η Διοικητική-Οικονομική Διευθύντρια

Πορπική Ζωή

Εξω603

13-5-2025

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
ΙΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αριθ. πρωτ.

6320

Ημερ/ία παραλαβής

13/5/2025

Αριθμός

**Αναισθησιολογικό Τμήμα
Α.Ν.Θ. Θεαγένειο****Προς το Γραφείο Προμηθειών**

Θεσσαλονίκη 13/5/2025

**Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φορητού
απεικονιστικού συστήματος υπερήχων τσέπης
(προϋπολογισμός 6.400€ με ΦΠΑ)**

Μετά την υπ' αριθμ. Πρωτ. 5931 πρόσκληση σας αποστέλλουμε τις
προδιαγραφές για την προμήθεια φορητού υπερηχοτομογράφου τσέπης για τις
ανάγκες του Αναισθησιολογικού τμήματος

ΓΕΝΙΚΑ

Το ζητούμενο φορητό απεικονιστικό σύστημα υπερήχων θα πρέπει να είναι όχι πάνω από 220 gr
συμπεριλαμβανομένου της μπαταρίας, πολύ μικρού μεγέθους, που να συνδέεται ασύρματα με
συσκευές όπως κινητά και tablets, συμβατό και με iOS και με Android.

Να διαθέτει:

- Διπλή ηχοβόλος κεφαλή Convex και Linear.
- Προστατευτική θήκη τοποθέτησης και μεταφοράς της συσκευής.
- Βάση ασύρματης φόρτισης.
- Να συνοδεύεται από 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark

Να συνοδεύεται από συσκευή tablet για την σύνδεση της ασύρματης κεφαλής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης**

Ο Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) να διαθέτει τουλάχιστον 128 φυσικά κανάλια.

Ηχοβόλος Κεφαλές

Να διαθέτει:

1. Convex κεφαλή εύρους συχνοτήτων 2.0 – 5.0 MHz με 128 κρυστάλλους.
2. Linear κεφαλή εύρους συχνοτήτων 3.0 – 12.0 MHz με 192 κρυστάλλους.

Μέθοδοι Απεικόνισης

Να διαθέτει B-Mode, M-Mode, Color Doppler (CFM), Παλμικό (PW) Doppler, Απεικόνιση 2ης αρμονικής
συχνότητας από τους ιστούς (Tissue Harmonic Imaging)

Να προσφερθεί κατ'επίλογήν ειδικό λογισμικό για την αυτόματη μέτρηση της ουροδόχου κύστης.

Λειτουργικά – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Να διαθέτει:

- Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων.
- Βάθος σάρωσης 24 cm

- Γωνία σάρωσης κεφαλής convex 60°.
- Μετρήσεις (calipers) Απόσταση, περιφέρεια, γωνία, ταχύτητα, κλίση, καρδιακή συχνότητα .

Σύστημα Αρχειοθέτησης & Εκτύπωσης

Να διαθέτει:

Λογισμικό διαχείρισης εικόνων επί της βασικής μονάδας

Μονάδα ενσωματωμένης μνήμης 8GB

Διασυνδεσιμότητα Συστήματος

Να διαθέτει:

Πρωτόκολλο Dicom

- Verify
- Modality Worklist
- Store
- Storage Commitment
- Secure DICOM (TLS)
- Secure DICOMweb – STOW-RS (TLS)

Η επιτροπή

Παπαγιαννίδης Παναγιώτης

Μπίνα Αριστέα

Σβάρνα Χαρίκλεια