



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**  
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 - Τ.Κ. 546 39

Θεσσαλονίκη, 11.03.2026  
Α/Α : 411

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ  
ΑΝΔΡΙΑΝΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

**Προς :**  
Όπως ο πίνακας διανομής

**ΘΕΜΑ:** Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

**ΣΧΕΤ.:** Το σχετικό αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης (Α1-34) του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

**ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 9 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ.**

Πολλαπλής (τριπλής) πλαϊνής συρραφής, με έτοιμη προδίπλωση με δύο χημικούς δείκτες ( ατμού, οξειδίου του αιθυλενίου ) χωρίς διάτρηση και χαρτί βάρους ανώτερο ή ίσο των 60 gr/m και με πλαστικό φιλμ πολλαπλών στρωμάτων, διαφόρων διαστάσεων. Να μην είναι υδατοπερατές, να φέρουν τους δείκτες αποστείρωσης μεταξύ χαρτιού και πλαστικού έξω όμως από την περιοχή του προς αποστείρωση υλικού. Οι πλαϊνές συγκολλήσεις να είναι τριών ή τεσσάρων σειρών για μεγαλύτερη αντοχή. Να είναι ανθεκτικές και να μην σχίζονται ούτε να αφήνουν ινίδια κατά το άνοιγμα τους μετά τον κλιβανισμό.

1. 130x270mm // Τεμ. 20.000

**Όπως αποστέλλετε με την Προσφορά σας την σχετική βεβαίωση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης της Υ.Α. 4822/2025 αναφορικά με τα ιατροτεχνολογικά είδη & τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ)2017/745 και 2017/746, άρθρο 14.5. Το εργοστάσιο παραγωγής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485 & CE.**

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά, φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο e-mail: [a.gerogianni@theagenio.gov.gr](mailto:a.gerogianni@theagenio.gov.gr) , έως 13-03-2026.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898793, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η συντάκτρια

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Γερογιάννη Ανδριάννα

Πιρπιρή Ζωή