



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 - Τ.Κ. 546 39

Θεσσαλονίκη 23.04.2026
Α/Α: **662**

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα της ΜΕΘ (Α1-41) του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια :

Σύστημα πολυαυλικό τριών αυλών από πολυουρεθάνη (class IIa) με clips on-off για ταυτόχρονη χορήγηση τριών διαφορετικών υγρών – φαρμάκων σε κεντρικούς καθετήρες. Ο κάθε αυλός να είναι διαφανής, μήκους 5 έως 6cm με εσωτερική διάμετρο 1,5 mm, εξωτερική διάμετρο 2,5mm και οι 3 αυλοί να διαθέτουν βαλβίδα μη επιστροφής, πώμα κλειστού συστήματος πρόληψης λοιμώξεων μόνο για χορηγήσεις. Το πώμα κλειστού συστήματος να είναι κατάλληλο για χρήση σε δυναμική έγχυση CT αντοχής 350psi & MRI συμβατό & PVC FREE σε όλα τα μέρη του.

Τεμ. 100

Όπως αποστέλλετε με την Προσφορά σας την σχετική βεβαίωση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης της Υ.Α. 4822/2025 αναφορικά με τα ιατροτεχνολογικά είδη & τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ)2017/745 και 2017/746, άρθρο 14.5. Το εργοστάσιο παραγωγής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485 & CE.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και ασφαλιστική-φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο **e-mail: a.geroianni@theagenio.gov.gr**, έως **24/04/2026**.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898208, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η συντάκτρια

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Γερογιάννη Ανδριάνα

Πιρπιρή Ζωή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

tenders.greece@teleflex.com

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝ

sales.thes@mavrogenis.com

ARETEION MEDICALS A.E.

info@areteionmedicals.gr