



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 - Τ.Κ. 546 39

Θεσσαλονίκη 18.06.2026

A/A: **962**

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του 4^{ου} Χ.Ο.Τ. (Α1-39) του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια :

- 1) Σετ σπόγγου αργύρου, συστήματος αρνητικής πίεσης σε διαστάσεις 18x12,5x3,5cm. Το σετ να περιέχει σπόγγο ιοντικό άργυρο, ομοιογενώς καταναμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα απορρόφησης με φίλτρο και αποστειρωμένη αυτοκόλλητη μεμβράνη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου Τεμ.4
- 2) Δοχείο συλλογής με χωρητικότητα 1100ml, να αναγράφεται η διαβάθμιση των ml, να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο σετ σπόγγων. Τεμ.4
- 3) Συνοδός εξοπλισμός, ελαφριά αντλία με βάρος 1.100ml, να παραχωρείται δωρεάν, με δυνατότητα ρύθμισης πίεσης έως 230mm Hg, με δυνατότητα επιλογής συνεχόμενης, διαλείπουσας και μεταβαλλόμενης ροής πίεσης.

Όπως αποστέλλετε με την Προσφορά σας την σχετική βεβαίωση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης της Υ.Α. 4822/2025 αναφορικά με τα ιατροτεχνολογικά είδη & τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ)2017/745 και 2017/746, άρθρο 14.5.
Το εργοστάσιο παραγωγής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο e-mail: a.gerogianni@theagenio.gov.gr , έως 19-06-2026.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898400, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η συντάκτρια

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Γερογιάννη Ανδριάνα

Τσουρίδου Μαγδαληνή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ info@mavrogenis.gr