

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ambu) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1. Ο ασκός ανάνηψης να είναι στοιβαρχής κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex-free, κατάλληλος για τεχνητή ανάνηψη ενηλίκων. Να συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή Νο 4 και Νο 5.
2. Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι 1300 ml. Ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής οξυγόνου να είναι 1500 ml με απευθείας προσαρμογή στον κυρίως ασκό, δίχως επιπρόσθετα συνδετικά. Να διαθέτει βαλβίδα εισροής αέρα και οπή οξυγόνου με αντίστοιχη είσοδο.
3. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης. Η ελαστικότητα του εξωτερικού τοιχώματος να περιορίζει την πίεση του αέρα στα 70cm H₂O, χωρίς απώλειες του παρεχόμενου όγκου αέρα όταν πιέζουμε τον ασκό κανονικά με το ένα χέρι. Να έχει τη δυνατότητα απευθείας προσαρμογής βαλβίδας PEEP.
4. Ο ασκός ανάνηψης στο σύνολό του να κλιβανίζεται στους 134 °C (συμπεριλαμβανομένου της δεξαμενής O₂ και της μάσκας).
5. Να φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα χέρι.
6. Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάθε τμήματος της συσκευής σε περίπτωση βλάβης για την αποφυγή απόσυρσης ολόκληρης της συσκευής. Να κατατεθεί πλήρως αναλυτική λίστα ανταλλακτικών.
7. Να φέρει σήμανση CE
8. Να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη της συσκευής για 3 έτη.
9. Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης του προσφερόμενου είδους, εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
10. Να συνοδεύεται κατά το δυνατόν από βαλιτσάκι μεταφοράς ανθεκτικό και ευρύχωρο.
11. Να κατατεθεί πλήρης κατάλογος των διαθέσιμων μεγεθών μάσκας και των peer-valve πολλαπλών χρήσεων.
12. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης.