

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (MLT)

1. Ο Ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι κατάλληλος για μικρολαρυγγοσκόπηση.
2. Να είναι κατασκευασμένος από PVC, να είναι μιας χρήσης και να φέρει αεροθάλαμο (cuff) μεγάλου όγκου – χαμηλής πίεσης.
3. Ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας να διαθέτει πλάγια οπή (Murphy eye)
4. Να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή έως το κατωφερέστερο άκρο του χωρίς να διακόπτεται από το Murphy eye.
5. Να διαθέτει μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα 1 cm πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης.
6. Να διαθέτει σταθερά προσαρμοσμένο συνδετικό 15 mm για τη σύνδεσή του με το κύκλωμα αναισθησίας. Το συνδετικό να φέρει και στις δυο πλευρές του, συμμετρικές εγκοπές για την ασφαλή, εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του οδηγού μπαλονιού προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η ακεραιότητα του χωρίς πιθανότητα τσακίσματος του σωληνίσκου του.
7. Να διαθέτει, χωρίς το συνδετικό, μήκος τουλάχιστον 350 mm .
8. Να είναι αποστειρωμένος και Latex-free.
9. Σε διαθεσιμα μεγεθη 4.0,5.0,6.0