

### **Περιγραφή σετ**

Αποστειρωμένο σετ θωρακοκέντησης μίας χρήσης για παροχέτευση πλευριτικών συλλογών με πίεση σύριγγας.

Το σετ να περιλαμβάνει ευθύ καθετήρα ακτινοσκοπικό Ch.8 ανοικτού άκρου με 4 οπές στην άκρη και μηχανισμό ασφαλούς εισαγωγής (η σταθεροποίηση να μην βασίζεται σε stitch plate) και ενσωματωμένη βελόνα παρακέντησης ασφαλείας τύπου Veres με αμβλύ άκρο μεγέθους 14G και χρωματικό δείκτη ένδειξης διείσδυσης και μήκους 170mm, σύριγγα όγκου 60ml luer-lock, σωλήνα σύνδεσης και σάκο παροχέτευσης χωρητικότητας 2 λίτρων.

Να διαθέτει σύστημα 3 safety valves για εναλλαγή μεταξύ αναρρόφησης, δειγματοληψίας και παροχέτευσης και αυτόματο άκρο τριπλών οδών χωρίς αλλαγές. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, καθώς και πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (EN ISO 9001:2015), σε ισχύ, προκειμένου να αποδεικνύεται η καταλληλότητα του υλικού για νοσοκομειακή χρήση.

### **Περιγραφή ασκού**

Αποστειρωμένος ασκός 2 λίτρων που να εφαρμόζει σε αυτόματο άκρο τριπλών οδών για το σύστημα παροχέτευσης πλευριτικών συλλογών με πίεση σύριγγας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, καθώς και πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (EN ISO 9001:2015), σε ισχύ, προκειμένου να αποδεικνύεται η καταλληλότητα του υλικού για νοσοκομειακή χρήση.