



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 - Τ.Κ. 546 39

Θεσσαλονίκη, 30.07.2026
Α/Α **1182**

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του Χειρουργείου (Α1-29/79//1182) του Νοσοκομείου .

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

Σωλήνας παροχής CO₂ που αποτελείται από σετ 3 αυλών.

Το πρώτο, για συνεχή αδιάκοπη απαγωγή εκκένωση καπνού, το δεύτερο για παροχή αερίου, έλεγχο πίεσης, το τρίτο για δημιουργία φράγματος αέρα για σταθερό πνευμοπεριτόναιο.

Συμπεριλαμβάνει προέκταση με άκρο luer lock για σύνδεση του σωλήνα 3 αυλών με συμβατικά trocar – verres.

Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο ULPA 0,01µm.

Ο συνοδός εξοπλισμός θα παρέχεται ως χρησιδάνειο από την εταιρία.

Τεμ. 15

Όπως αποστέλλετε με την Προσφορά σας την σχετική βεβαίωση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης της Υ.Α. 4822/2025 αναφορικά με τα ιατροτεχνολογικά είδη & τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ)2017/745 και 2017/746, άρθρο 14.5.
Το εργοστάσιο παραγωγής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά, φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο e-mail: a.gerogianni@theagenio.gov.gr , έως **31-07-2026.**

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898210, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος, αποστέλλετε αρνητική απάντηση!

Η συντάκτρια

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Γερογιάννη Ανδριάνα

Τσουρίδου Μαγδαληνή