



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 - Τ.Κ. 546 39

Θεσσαλονίκη 06.10.2026

A/A: **1485**

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του 4^{ου} Χ.Ο.Τ. (A1-42//1485) του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια :

1. Αντλία αρνητικής πίεσης μιας χρήσης 85x85x25, φορητή και ελαφριά συσκευή χωρίς κάνιστρο με προεγκατεστημένο πρόγραμμα χρήσης 30 ημερών.
Να ασκεί αρνητική πίεση 80mm/hg σε συνεχή ροή. Να φέρει φωτεινές ενδείξεις για σωστή λειτουργία της αντλίας για αλλαγή μπαταρίας και ένδειξη διαρροής.
Τεμ. 1
2. Επιθέματα συμβατά με την αντλία μιας χρήσης.
Τα αναλώσιμα επιθέματα να απορροφούν το εξίδρωμα χωρίς να χρειάζεται κάνιστρο μέχρι και 300ml ανά εβδομάδα θεραπείας 12x21cm.
Τεμ. 4

*Όπως αποστέλλετε με την Προσφορά σας την σχετική βεβαίωση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης της Υ.Α. 4822/2025 αναφορικά με τα ιατροτεχνολογικά είδη & τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ)2017/745 και 2017/746, άρθρο 14.5.
Το εργοστάσιο παραγωγής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485.*

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο
e-mail: a.gerogianni@theagenio.gov.gr , έως **06-10-2026**.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898400, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η συντάκτρια

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Γερογιάννη Ανδριάνα

Τσουρίδου Μαγδαληνή