ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 - Τ.Κ. 546 39

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τζέπτιμπη Μαρία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

Θεσσαλονίκη 20.11.2026

Α/Α: **1691**

Προς :
Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος **-** Κατάθεση οικονομικής προσφοράς**.**

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του 8ου ΧΟΜ (Α1-29//**1691**) του Νοσοκομείου.
{ } **1586/19**

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια **:**

1) Σετ σπόγγου αργύρου, συστήματος αρνητικής πίεσης σε διαστάσεις 18x12,5x3,5cm. Το σετ να περιέχει σπόγγο ιοντικό αργύρου, ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα απορρόφησης με φίλτρο και αποστειρωμένη αυτοκόλλητη μεμβράνη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου Τεμ. 6

2) Δοχείο συλλογής με χωρητικότητα 1100cc, να αναγράφεται η διαβάθμιση των ml, να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο σετ σπόγγων. Τεμ. 2

Όπως αποστείλετε με την Προσφορά σας την σχετική βεβαίωση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης της Υ.Α. 4822/2025 αναφορικά με τα ιατροτεχνολογικά είδη & τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ)2017/745 και 2017/746, άρθρο 14.5. Το εργοστάσιο παραγωγής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 13485.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο **e-mail: ereyna.agoras@theagenio.gov.gr** , έως **23-11-2026.**

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898800, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.